

ZP-1/2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **Ambulansu sanitarnego transportowego typ A1 wg PN EN 1789 +A1:2011 fabrycznie nowego roku produkcji 2013.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ - **Specyfikacja techniczna**
 - a) w pkt. II.10) skreśla się słowo: *i pasażera*,
 - b) pkt.II.14 skreśla się,
 - c) pkt. IV.4 otrzymuje brzmienie: *Wyposażony w układ sterowania stabilnością jazdy*,
 - d) pkt.VI.4 otrzymuje brzmienie: *Hamulce tarczowe kół z dopuszczeniem tylnych bębnowych*,
 - e) pkt.XII.7 otrzymuje brzmienie: *Podstawa pod nosze stała z najazdem uchylnym*,
 - f) pkt. XIV.3 otrzymuje brzmienie: *Z możliwością regulacji kąta podnoszenia tułowia min. 75°.*
2. W załączniku nr 2 do SIWZ - **Formularz Oferty – Wymagania minimalne Zamawiającego:**
 - a) pkt.II.14 skreśla się,
 - b) pkt. IV.4 otrzymuje brzmienie: *Wyposażony w układ sterowania stabilnością jazdy*,
 - c) pkt.VI.4 otrzymuje brzmienie: *Hamulce tarczowe kół z dopuszczeniem tylnych bębnowych*,
 - d) pkt.XII.7 otrzymuje brzmienie: *Podstawa pod nosze stała z najazdem uchylnym*,
 - e) pkt. XIV.3 otrzymuje brzmienie: *Z możliwością regulacji kąta podnoszenia tułowia min. 75°.*

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Gil